NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ILGAS PĖDOS-BLAUZDOS ĮTVARAS „AIR WALKER LONG” O-1180

⚠DĖMESIO! Prieš pirmą kartą naudojant gaminį būtina perskaityti šį dokumentą.

Perkant reikia patikrinti gaminio komplektiškumą ir kokybę. Apie galimas pastabas reikia informuoti išduodantį asmenį. Kreipiantis dėl kiekio ar kokybės trūkumų reikia laikytis garantiniame talone nurodytų taisyklių, t. y., pateikti pirkimo įrodymą ir mažmeninės prekybos vietoje užpildytą garantinį taloną.

I. GAMINIO APRAŠYMAS

- **Ilgasis pėdos-blauzdos įtvaras „AIR WALKER LONG”** dėl savo lengvos konstrukcijos neapkrauna traumuotos galūnės. Įrengta vienos kameros oro sistema, integruotas siurbliukas bei oro išleidimo vožtuvas užtikrina geresnę apsaugą ir galimybę pritaikyti kompresiją pagal negalavimo būklę. Dėl nuimamo priekinio skydelio galima visiškai atverti batą, todėl tampa lengviau jį apsiauti. Užapvalintas, neslidus padas užtikrina saugų ir fiziologišką vaikščiojimą. Įtvaras taip pat turi reguliuojamą ir nuimamą pirštų apsaugą.

II. SAVYBĖS

AIR WALKER LONG įtvaras yra puiki alternatyva tradicinei gipsinei imobilizacijai, reikšmingai pagerinanti dėvėjimo komfortą. Galimybė oro sistemos pagalba reguliuoti suspaudimo jėgą sumažina kraujosruvų ir patinimų atsiradimo tikimybę. Visiškai atvira konstrukcija leidžia vizualiai patikrinti traumos būklę ir tinkamai pasirūpinti galūnės higiena.

III. NAUDOJIMAS

- Įsitikinkite, kad gaminio dydis yra parinktas tinkamai, Prieš užsidėdami įtvarą atsegkite visus dirželius, nuimkite priekinį skydelį ir prasegkite vidinį medžiaginį įklotą,
- įstatykite koją į batą, įklotu apgaubkite pėdą bei blauzdą ir užsekite,
- užtikrinkite, kad oro siurbliukas būtų tiksliai ties kojos viduriu,
- uždėkite priekinį skydelį taip, kad oro siurbliukas atsidurtų jo angoje,
- užsegkite visus 4 bato dirželius, pritvirtindami jį prie kojos,
- tam, kad pripildytumėte oro sistemą, reikia pasukti žemiau siurbliuko esantį vožtuvą dešinėn ir spaudyti kriaušelę iki bus pasiektas reikiamas prigludimas. Atkreipkite dėmesį, kad nepripūstumėte per stipriai. Orą išleiskite po kiekvieno naudojimo, pasukdami vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę.



IV. DYDŽIŲ LENTELĖ

Dydis	Batų dydis
S	35-40
M	40-44
L	44-47

V. SUDĖTIS

Polipropilenas 45%, Poliesteris 20%, Poliuretanas 20%, Termoplastinis poliuretanas 15%.

VI. NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- Šį gaminį galima naudoti tik taip, kaip yra nurodęs gydytojas,
- Įtvaro uždėjimo būdą turi pademonstruoti kvalifikuotas medicinos personalas, dalyvaujant naudotoją prižiūrinčiam asmeniui (jei toks yra),
- Gaminys ir jo elementai turi būti naudojami tik pagal paskirtį,
- Jei naudojant gaminį produktą atsiranda skausmas, patinimas, jutimo pokyčiai ar bet kokios neįprastos reakcijos, nedelsdami kreipkitės į gydytoją,
- Gaminį dėvėti naktį leidžiama tik rekomendavus gydančiam gydytojui;
- Ilgai naudojant įtvarą gali pasireikšti aktyviųjų ir pasyviųjų judesių ribotumas sąnariuose bei raumenų atrofija, todėl rekomenduojama sistemingai atlikinėti pratimus, parinktus kvalifikuoto medicinos personalo pagal gydančio gydytojo nurodymą,
- Būtina prižiūrėti gaminio švarą, laikantis šioje instrukcijoje bei prie gaminio pritvirtintoje etiketėje pateiktų nurodymų. Netinkamas gaminio valymas ir priežiūra gali tapti odos pakitimų priežastimi,
- Gaminys negali būti naudojamas, jeigu trūksta kurios nors jo dalies. Negalima vienu metu naudoti dviejų tų pačių arba skirtingų gaminių.

VII. PASKIRTIS

Produktas gali būti naudojamas šiais atvejais:

- Pooperacinio gydymo (Achilo sausgyslės plyšimas, raiščio trauma (minkštųjų audinių ir sausgyslių),
- Neoperacinio gydymo (metatarso lūžiai, Achilo sausgyslės traumos, rimtos deformacijos),
- Stabilaus pėdos ir sąnarių lūžio,
- Pooperacinės priežiūros po lūžių (šokikaulio, viršutinio čiurnos sąnario išnirimo),
- ilgalaikių ar laikinųjų disfunkcijų įtvaro apimamoje srityje baigiamojo gydymo ir reabilitacijos.

VIII. KONTRAINDIKACIJOS

- Nestabilūs lūžiai arba proksimalinės blauzdikaulio ar šeivikaulio dalies lūžiai,
- Minkštojo audinio defektai ir žaizdos gijimo problemos,
- Esamos limfos drenažo problemos,
- Pernelyg ankštas įtvaro uždėjimas gali padidinti skausmą, o dėvint per laisvą įtvarą nėra pasiekimas numatytas efektas
- Įtvaro prigludimo vietose atsiradus odos pakitimų, jo tolesnis naudojimas tampa ribotas ir yra galimas tik prižiūrint gydytojui
- Įtvaro naudojimą asmenims, turintiems įvairios kilmės atminties sutrikimų, asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, bei vaikams turi įvertinti gydantis gydytojas.

IX. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Gaminį rekomenduojama reguliariai skalbti. Prieš skalbimą reikia (jei įmanoma) išimti metalinius gaminio elementus ir užsegti visus įtvaro lipukus.

- Skalbti rankomis iki 40°C temperatūroje vandenyje su neutralia antialergine skalbimo priemone,
- Skalauti drungname vandenyje, nenaudoti minkštiklių,
- Negręžti,
- Nebalinti,
- Nelyginti,
- Nevalyti cheminiu būdu,
- Nedžiovinti būgninėje džiovyklėje,
- Džiovinti plokščioje padėtyje, pavėsingoje ir vėdinamoje vietoje – saugoti gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių. Gaminys neatsparus karščiui ir praranda savo savybes aukštoje temperatūroje virš 120°C.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIM

	Gamintojas
	CE ženklas
REF	Nuorodos numeris
	Pagaminimo data
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Įspėjimas
LOT	Serijos numeris
	Viršus, neapversti
	Laikyti sausoje vietoje
	Trapus, elgtis atsargiai
	Nepjauti
	Pakuotė tinka perdirbti
	Skalbti rankomis
	Nebalinti
	Nelyginti
	Nevalyti cheminiu būdu
	Nedžiovinti būgninėje džiovyklėje